



INSTYTUT  
BIOWĘGLA

**Zleceniodawca:**

Jan Kowalski  
ul. Torfowa 9  
00-004 Warszawa  
jan@kowalski.com  
tel. 777888777

**Kalsk, 24.04.2023**

Instytut Biowęgla  
Kalsk 122, 66-100 Sulechów  
NIP: 5252588099  
instytut@iccsa.pl  
tel. 666999666

## Próbka nr 230421/15-N3

Raport z badania TC

Analizę przeprowadzono w odniesieniu do normy PN-EN 15936:2022-07 z wykorzystaniem analizatora całkowitego węgla organicznego TOC-L CSN+SSM-5000A Shimadzu

Średni wynik TC [%]	<b>20,15</b>
Odchylenie standardowe	<b>1,06</b>
Ilość powtórzeń	<b>3</b>
Średni wynik IC [%]	<b>1,15</b>
Odchylenie standardowe	<b>0,15</b>
Ilość powtórzeń	<b>3</b>

Otrzymane wyniki odnoszą się wyłącznie do badanej próbki.  
Niniejszy raport z badań, bez pisemnej zgody ICC S.A., nie może być powielany inaczej, niż jako zaprezentowana całość.



INSTYTUT  
BIOWĘGLA

Wyniki TOC [%] (TC-IC)	19,00
------------------------	-------

Uwagi: Pozostał biały osad w naczynku

Sporządził/a:  
*Emilian Kowalski*

Otrzymane wyniki odnoszą się wyłącznie do badanej próbki.  
Niniejszy raport z badań, bez pisemnej zgody ICC S.A., nie może być powielany inaczej, niż jako zaprezentowana całość.